



Berry – Cali Colombia

Nombre: **Tela 40 g/m² SS Blanco Medico**
 Uso: **Overoles**
Mainco
 Código: 4000CO3
 Tipo : **Especificación de Producto**

Clave: **PD-584-BA03**
 Serie: **1**
 Hoja: **1/3**
 Fecha: **03/04/2020**

I. PROPIEDADES FISICAS.

Propiedades	Unidad	Objetivo	Método	Tolerancia
Gramaje	g/m ²	40	WSP 130.1	Min:37,01 Max: 43,50 ⁽¹⁾
Resistencia a la Tensión DM	N/50mm	70	WSP 110.4 (b)	Min: 60 ⁽²⁾
Resistencia a la Tensión DT	N/50mm	38	WSP 110.4 (b)	Min: 25 ⁽²⁾
Elongación a la carga Máxima DM	%	73	WSP 110.4 (b)	Min: 55 ⁽²⁾
Elongación a la carga Máxima DT	%	90	WSP 110.4 (b)	Min:75 ⁽²⁾
Permeabilidad al aire	m3/m2/min	100	WSP 70.1	Max:135 ⁽²⁾

Las características arriba mostradas representan valores típicos de propiedades del material, estos valores no pueden ser usados para certificar ningún lote o como especificación por no tener datos suficientes para determinar datos objetivos; estos datos pueden ser modificados en las corridas industriales para un mejor control del proceso hasta determinar la especificación de producto definitiva.

(1) Limites calculados con valores individuales.

(2) Limites calculados con valores promedio.

II. PROPIEDADES DEL EMBOBINADO

Variable	Unidad	Objetivo	Tolerancia
Ancho	mm	2100	+/- 8 mm
Metraje	m	2100	Valor de Referencia
Empalme	tipo	Térmico con cinta negra	Cinta negra de 2 Pulgadas
Empalme*	Nº	0	Máximo 2 empalmes por rollo, no más del 20% OP
Diámetro de Rollo	cm	70	Min: 67 – Max: 72 (La restricción es diámetro) Solo el 15% de la OP para valor mínimo
Telescopio	cm	Ninguno	Máximo 1.0 cm con respecto al eje central.
Color	Blanco Medico de acuerdo con estándar de Berry global		
BOCA	Pendiente		
IRMS Cliente	N/A		
Requerimientos especiales del cliente	Ninguno		

* Para evitar problemas de tensión, no hacer uniones en los primeros 500m. y tampoco en los últimos 500 m. Entre uniones deberá haber una separación mínima de 400 m.

III. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO.

Identificación Producto	Contenido	Observaciones
1. Identificación de rollo en parte externa e interior del centro de cartón.	<ul style="list-style-type: none"> Código de producto Clave de rollo Cliente RMS Metraje. Área Ancho Orden de Producción. Orden de compra. Fecha 	Utilizar información completa, correcta y legible.
2. Identificación de Paquete	<ul style="list-style-type: none"> Código de producto Clave de rollos del paquete. Cliente RMS Metraje Área Ancho Orden de Producción. Orden de Compra. Fecha 	Utilizar información completa, correcta y legible.

El uso de este documento se encuentra restringido a las instalaciones de Berry Cali, toda reproducción total o parcial del mismo se encuentra prohibido



Berry – Cali Colombia

Nombre: **Tela 40 g/m² SS Blanco Medico**
Uso: **Overoles**
Mainco
Código: 4000CO3
Tipo : **Especificación de Producto**

Clave: **PD-584-BA03**
Serie: **1**
Hoja: **2/3**
Fecha: **03/04/2020**

IV. EMPAQUE

Empaque	Unidad	Objetivo	Limite
1. Diámetro del Centro de cartón	pulgadas	3	+1/16
2. Envoltura	---	Película encogible de PE	
3. Limpieza		Total	No debe presentar contaminación a lo largo del rollo
4. Estibado		No aplica	No Aplica
5. Manipulación paquetes	Equipo	Carton Clamp	Máxima presión 1000 psi

V. NOTAS ACLARATORIAS Y CONTROL DE CAMBIOS

1. Berry Global Cali sólo garantiza características mostradas en esta especificación sobre análisis aplicados a la tela y no a mediciones sobre usos finales de la misma.
2. Esta especificación fue aprobada después de que el cliente revisó este documento y el desempeño de las muestras enviadas.
3. Para aprobación de la presente especificación, el cargo con la responsabilidad de aprobación y/o aceptación del producto por parte del cliente, deberá firmar todas las páginas de una copia del presente documento emitida por Berry Global Cali, la cual posterior a dicha aprobación será archivada en la respectiva carpeta del cliente
4. La formación del material será evaluada de acuerdo a un estándar retenido en Berry Global Cali
5. Berry Global Cali, tiene responsabilidad sólo con el Cliente que firmó esta especificación y no con otros clientes que se les haya sub-distribuido el material.
6. Información, propiedades o condiciones no contenidas en esta especificación no podrán ser motivo de una reclamación o devolución.
7. En caso de alguna reclamación el cliente deberá tener físicamente el material con etiquetas de rollo.
8. En caso de proceder alguna reclamación, se acreditará solamente lo físicamente comprobado por personal de calidad de Berry Global Cali, el cliente no podrá destruir el material hasta no recibir una autorización escrita del Departamento de Calidad de Berry Global Cali, en el caso de no contar con el material físicamente éste no podrá ser acreditado.
9. La vida útil de este material es de un (1) año siempre y cuando el material esté cubierto y su almacenamiento tenga condiciones controladas de temperatura y humedad. Una vez que el producto se convierte, el convertidor es el responsable de determinar el tiempo de vida útil basado en su uso final y las condiciones de almacenamiento y/o exposición.

El uso de este documento se encuentra restringido a las instalaciones de Berry Cali, toda reproducción total o parcial del mismo se encuentra prohibido



Berry – Cali Colombia

Nombre: **Tela 40 g/m² SS Blanco Medico**
Uso: **Overoles**
Mainco
Código: 4000CO3
Tipo : **Especificación de Producto**

Clave: **PD-584-BA03**
Serie: **1**
Hoja: **3/3**
Fecha: **03/04/2020**

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Requerido Por	Descripción Del Cambio / Resp. Berry
Serie 01	03-04-2020	F.Diaz (Berry)	Producto 40 gsm SS Blanco para fabricación de overoles / R. Zambrano

VI. REVISIÓN, APROBACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS

Revisó: Product Service

Aprobó: Gerente Ingeniería de Procesos

Aprobó: Representante del Cliente